

교 정 성 적 서

(주)다호트로닉 서울특별시 구로구 경인로53길 90번지 STX W-Tower 208호 TEL : 02)865-7001 FAX : 02)865-7109	성적서번호 : DC16-0393-A1903 페이지 (1) / (총 2)	
---	--	---

1. 의뢰자

기 관 명 : (주)중앙엔지니어링
 주 소 : 서울특별시 관악구 봉천동 산4-2번지

2. 측정기

기 기 명 : 게이지압용 압력계(다이얼)
 제작회사 및 형식 : YJN / 압력계 100Ø
 기 기 번 호 : 20338464

3. 교정일자 : 2016.04.25

4. 교정환경

온 도 : (23.1 ± 0.3) °C , 습 도 : (51 ± 3) % R.H.
 교 정 장 소 : ☒ 고정표준실 ☐ 이동교정 ☐ 현장교정

5. 측정표준의 소급성

상기기기는 게이지압용 압력계의 교정 절차(DAHO-QI-04)에 따라 국가측정표준기관으로 부터 SI 단위로 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 교정되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세

기기명	제작회사 및 형식	기기번호	차기교정예정일자	교정기관
Digital Manometer	KELLER / LEO5	457	2017. 01. 20	Daho Tronic Ltd.

6. 교 정 결 과 : "교정결과" 참조

7. 측정불확도 : "교정결과" 참조

확 인	작성자	승인자	☒ 정 ☐ 부
	성 명 : 유 기 용	직 위 : 기술책임자 성 명 : 김 윤 섭	

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2016.04.25

한국인정기구 인정

(주)다호트로닉 대표이사



(주1.) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
 (주2.) 성적서 진위여부 문의 : (주)다호트로닉 교정부 품질책임자 (TEL : 02-865-7001, FAX : 02-865-7109)

QP-19-01/R0



(주)다호트로닉

